


Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnej stacji roboczej w ilości 1 sztuk w ramach realizowanego projektu pt.: "Centrum Symulacji Medycznej przy PWSliP w Łomży"


Lp.	Parametry, funkcjonalności	Wymagane/punktowane
1.	Fabrycznie nowa, rok produkcji 2020	Wymagane
2.	Mobilna stacja robocza zawierająca: - wózek o regulowanej wysokości z wysuwaną podstawą klawiatury i myszy, uchwyt na mysz, - komputer przenośny, - pojemnik do przechowywania dokumentacji, - uchwyt na czytnik kodów kreskowych - szuflada na drobny sprzęt medyczny	Wymagane
3.	Specyfikacja wózka	Wymagane
a)	Wysokość wózka min.75cm max 140 cm (wysokość blatu roboczego od podłogi) Regulacja wysokości o co najmniej 50cm.	Wymagane
b)	Wymiary blatu roboczego: - szerokość min 50 cm max 65 cm - głębokość min.45cm max 60cm	Wymagane
c)	Wymiary użytkowej (całkowicie płaskiej) części blatu roboczego: - szerokość min. 40 cm x max. 30 cm	Wymagane
d)	Możliwość instalacji laptopa o przekątnej ekranu w zakresie 9.7" - 17,3"	Wymagane
e)	Otwór do wystawienia matrycy laptopa umieszczony w blacie roboczym	Wymagane
f)	Wbudowane prowadnice do zarządzania kablami zasilającymi, usb i innymi	Wymagane
g)	Dodatkowy uchwyt do prowadzenia wózka zainstalowany z tyłu zintegrowany z pojemnikiem na drobne przedmioty, stetoskop i papierową dokumentację	Wymagane
h)	Zamykany na klucz przedział na laptopa przykryty blatem roboczym wózka	Wymagane
i)	Dwa ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka stanowiące jedną całość z blatem roboczym, łatwe w czyszczeniu, bez śladów łączenia, szczelin oraz ostrych krawędzi	Wymagane
j)	Wysuwana półka na klawiaturę o wymiarach efektywnych min. 42 cm x 20cm wyposażona w oparcie dla nadgarstków	Wymagane
k)	Możliwość wysunięcia półki na klawiaturę na odległość 45cm od podstawy blatu roboczego	Wymagane
l)	Możliwość pochylenia półki na klawiaturę	Wymagane
m)	Podkładka pod mysz wysuwana z obu boków	Wymagane
n)	Dodatkowy uchwyt na mysz zabezpieczający przed jej upadkiem w czasie transportu	Wymagane
o)	Uchwyt na czytnik kodów kreskowy	Wymagane
p)	Uchwyt na jednorazowe rękawiczki	Punktowany, ale nie





		wymagany
q)	Wysuwana szuflada zamontowana poniżej półki na klawiaturę umożliwiającą przechowywanie drobnego sprzętu medycznego, długopisów, dokumentacji medycznej.	Wymagane
r)	Min. 4 podwójne koła skrętne o średnicy min. 8 cm, ciche, niebrudzące o właściwościach antystatycznych potwierdzonych deklaracją producenta wózka w tym co najmniej dwa z blokadą	Wymagane
s)	Zabezpieczenie w postaci przewodu uziemiającego łączącego kolumnę wózka z kółkami	Wymagane
t)	Dźwignia regulacji wysokości wózka	Wymagane
u)	Możliwość regulacji siły mechanizmu podnoszącego i opuszczającego.	Wymagane
4.	Specyfikacja komputera przenośnego	Wymagane
a)	Komputer przenośny przeznaczony do uruchamiania oprogramowania służącego do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, aplikacji biurowych, edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, przeglądanie materiałów wideo, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej.	Wymagane
b)	Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, zapewniający wydajność komputera ocenioną w teście Passmark CPU Mark na co najmniej 6450 punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ	Wymagane
c)	Dysk twardy typu SSD, nie mniej niż 500 GB.	Wymagane
d)	Pamięć RAM nie mniej niż 16 GB	Wymagane
e)	Wyświetlacz panoramiczny o przekątnej co najmniej 15'' Umożliwiający wyświetlanie obrazu z rozdzielczością co najmniej 1920 x 1080 pikseli (FullHD)	Wymagane
f)	Wbudowane głośniki stereofoniczne Wbudowany mikrofon Wbudowana kamera	Wymagane
g)	Minimum 2 porty USB 3.0 i min. 1 port USB 3.1 typ C	Wymagane
h)	Karta sieciowe umożliwiającą transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, Interfejs sieci bezprzewodowej Wi Fi zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n/ac,	Wymagane
i)	System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej umożliwiający zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego kontrolera usług katalogowych elementów środowisk użytkowników i komputerów takich jak: - podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie udostępniania udziałów dyskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, - włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. pamięci USB, - modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i użytkowników lokalnych, - tworzenie i modyfikację restrikcji dotyczących haseł (długość, okres	Wymagane





	<p>ważności, złożoność) kont użytkowników lokalnych i sieciowych, - modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z możliwością ograniczania uprawnień administratora lokalnego, - wprowadzanie indywidualnych modyfikacji centralnej bazy danych ustawień konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do konsoli graficznej komputera przez administratora lub innego uprawnionego użytkownika z możliwością współdzielenia zasobów lokalnego i zdalnego komputera, takich jak drukarki, dyski lokalne, pamięć podręczna. Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje oprogramowania, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie lub za pomocą specjalnego oprogramowania instalowanego na serwerze pozwalającego na zarządzanie aktualizacjami przez administratora.</p>	
j)	Dodatkowe wyposażenie: klawiatura i mysz USB do instalacji na wysuwanej półce wózka	Wymagane
	Warunki gwarancji:	Wymagane
5.	Wykonawca zobowiązany jest do dostawy stacji mogilnej złożonej lub dokonania złożenia i zmontowania wszystkich części stacji umożliwiającej jej użytkowanie.	Wymagane
6.	Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego.	Wymagane
7.	Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax)	Wymagane
8.	W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca	Wymagane
9.	Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.	Wymagane
10.	Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.	Wymagane
11.	Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.	Wymagane
12.	Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.	Wymagane
13.	Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3-krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia.	Wymagane

Załącznik nr 3 do SIWZ

